CU Medical

Elektrody uniwersalne CU Medical do SPR

291,00 zł brutto

269,44 zł netto

Elektrody do modelu AED wskazanego w opisie i dokumentacji.





Opis produktu

Elektrody uniwersalne do defibrylatorów CU Medical iPAD SPR.

Cechy i zastosowanie

Informacje ogólne

- elektrody do defibrylacji,

- uniwersalne (rozmiar dla dorosłych, ale mogą być również użyte jako elektrody pediatryczne),

- jednorazowe, samoprzylepne,

- nie używać elektrod, których termin ważności upłynął,

- każda elektroda jest pokryta warstwą klejącego żelu, jeśli żel nie przykleja się prawidłowo, należy wymienić elektrody na nowe,

- elektrody dostarczane są z kablem przyłączeniowym - wystający poza opakowanie fragment kabla z wtyczką, może być podłączony do AED od razu po zakupie urządzenia, dzięki czemu czas działania w razie

zagrożenie życia jest krótszy,

- należy codziennie sprawdzać stan elektrod na wyświetlaczu LCD i diodach LED stanu,

- elektrody opakowane są w grubą folię chroniącą przed uszkodzeniem. Zaleca się sprawdzać opakowanie elektrod przed ich użyciem pod kątem uszkodzeń i jeśli opakowanie jest uszkodzone, nie powinno się ich użyć.

Elektrody CUA1904S1904 są elektrodami uniwersalnymi i mogą być użyte do defibrylacji zarówno osób dorosłych jak i dzieci. W przypadku defibrylacji osób dorosłych, elektrody przykleja się w pozycji przód-przód, w przypadku dzieci w pozycji przód-tył. Instrukcja jak przymocować poprawnie elektrody do pacjenta znajduje się na opakowaniu, a także na każdej z elektrod.

UWAGA! Klejąca substancja pokrywająca elektrody zapewnia optymalne przyleganie powierzchni elektrod do skóry pacjenta. Dlatego też nie należy otwierać opakowania elektrod, jeśli ich zastosowanie nie jest wymagane. Należy też okresowo kontrolować termin ważności elektrod.

Dane techniczne

Marka: CU Medical
Kod produktu: CUA1904S
- powierzchnia elektrod: 85 cm2,

- całkowita długość kabla: 120 cm (wewnątrz opakowania: 95 cm, na zewnątrz: 25 cm),

- okres przydatności: do 36 miesięcy.

Zawartość i dobór wyposażenia

Zakres dostawy i zgodność z posiadanym wyposażeniem potwierdzamy przy przygotowaniu oferty.